

兰州市第一人民医院 DSA 应用项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 01 月 09 日，兰州市第一人民医院根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规要求组织对兰州市第一人民医院 DSA 应用项目进行了竣工环境保护验收。验收组由建设单位（兰州市第一人民医院）、验收监测单位（江西省核工业地质局测试研究中心）及特邀专家 3 名（名单附后）组成。

验收组通过建设单位对项目环保执行情况的汇报及《兰州市第一人民医院 DSA 应用项目竣工环境保护验收监测报告表》内容的介绍，核查了辐射工作场所，查阅了相关资料，经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要验收内容

项目建设地点位于外科楼 1 层介入一室，本次验收对象为 1 台型号为 Allura Xper FD20 的医用血管造影 X 射线机。项目实际总投资为 960 万元，其中环保投资为 56 万元。

（二）环保审批情况

本项目环评文件于 2018 年 07 月 13 日取得了由原甘肃省环境保护厅下发的《甘肃省环境保护厅关于兰州市第一人民医院 DSA 应用项目环境影响报告表的批复》（甘环核表[2018]15 号）。

二、工程变动情况

根据现场调查，本项目在实际建设过程中，项目建设性质、建设地点、建设规模、环境保护措施、工艺等与环评相比均未发生变动。

三、环境保护设施落实情况

经验收编制单位现场核查，兰州市第一人民医院 DSA 应用项目已按照环评及批复要求落实了辐射防护和安全管理措施。

四、辐射管理制度落实情况

医院已成立辐射安全与防护管理机构，修订完善了辐射安全管理规章制度，并由专职人员负责辐射安全与环境保护管理工作。

五、监测结果

经验收监测结果表明，本项目 DSA 在正常运行状态下开机监测，关注点周围辐射剂量率均满足相应技术标准要求。

六、验收结论

兰州市第一人民医院 DSA 应用项目环境保护设施基本满足辐射安全与防护的要求，验收组同意该项目通过竣工环保验收。

七、后续要求

结合核技术利用项目实际修订相关辐射安全管理制度及辐射事故应急预案，加强辐射工作人员个人剂量和职业健康管理，强化公众沟通和科普宣传。

八、验收人员信息

验收单位：兰州市第一人民医院

验收组负责人：

验收组成员：

田弘洲

李平 张弛